



Warszawa, dn. 14.01.2026r.

MIKOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

### Pytania do zapytania ofertowego 3/01/2026

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Holter EKG który nie posiada bezprzewodowej komunikacji? Podgląd przebiegu EKG tylko na urządzeniu lub w oprogramowaniu po podłączeniu kablem?
2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Holter ciśnieniowy który posiada Zakres pomiaru ciśnienia krwi 30 – 280 mmHg bez podziału dorosły/pediatryczny z automatycznie kontrolowanym poziomem ciśnienia w mankiecie do 300 mmHg?
3. Czy w celu obniżenia ceny Zamawiający dopuści zastąpienie w stanowisku diagnostyki medycznej wózka biurkiem lub całkowicie zrezygnuje z wózka?
4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ergometr który nie posiada wbudowanego modułu EKG? Moduł ten zostanie dostarczony w zestawie z cykloergometrem.
5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy komputerowy spirometr, który podłącza się do komputera w związku z czym nie posiada drukarki oraz ekranu? Dokumentacja od razu zapisana jest w formie elektronicznej, a wynik badania jest możliwy do wydruku klasyczną drukarką.

Z wyrazami szacunku,

Jakub Kargul

kargul@btlnet.pl

+48 880 121 869

BTL Polska Sp. z o.o.

ul. Leonidasa 49

02-239 Warszawa

tel. 22 667 02 76

fax. 22 667 95 39