

MIKOMED Sp. z o.o.  
Pługowa 51/53, 94-238 Łódź  
tel.42 655-88-75  
NIP: 727-283-10-90  
KRS 0000732173

Łódź, dn.19.01.2026

BTL Polska Sp. z o.o.  
ul. Leonidasa 49  
02-239 Warszawa

### **Odpowiedzi na pytania oferenta do zapytania ofertowego 3/01/2026**

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Holter EKG który nie posiada bezprzewodowej komunikacji? Podgląd przebiegu EKG tylko na urządzeniu lub w oprogramowaniu po podłączeniu kablem?

**Tak ,zamawiający dopuszcza ww.sposób komunikacji.**

2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Holter ciśnieniowy który posiada Zakres pomiaru ciśnienia krwi 30 – 280 mmHg bez podziału dorosły/pediatryczny z automatycznie kontrolowanym poziomem ciśnienia w mankiecie do 300 mmHg?

**Tak ,zamawiający dopuszcza ww. zakres pomiaru ciśnienie krwi**

3. Czy w celu obniżenia ceny Zamawiający dopuści zastąpienie w stanowisku diagnostyki medycznej wózka biurkiem lub całkowicie zrezygnuje z wózka?

**Tak ,zamawiający dopuszcza zastąpienie wózka biurkiem lub całkowitą rezygnację.**

4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ergometr, który nie posiada wbudowanego modułu EKG? Moduł ten zostanie dostarczony w zestawie z cykloergometrem.

**Tak ,zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie gdzie moduł EKG będzie dostarczony osobno.**

5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy komputerowy spirometr, który podłącza się do komputera w związku z czym nie posiada drukarki oraz ekranu? Dokumentacja od razu zapisana jest w formie elektronicznej, a wynik badania jest możliwy do wydruku klasyczną drukarką.

**Nie, zamawiający wymaga, aby spirometr był wyposażony w ekran oraz drukarkę zintegrowaną**